



المنستير في .....

## إستشارة ع 03/MP /2021 دد

شركة: .....

العنوان: .....

الهاتف: ..... الفاكس: .....

رقم السجل التجاري للمؤسسة: .....

رقم المعزّف الجبائي: .....

رقم الحساب الجاري للمؤسسة: .....

بينك: ..... فرع: .....

في إطار طلب أثمان، نرجو منكم مدّنا بأفضل أسعاركم للمعدات المبيّنة بالجدول التالي،

| الثمن باحتساب الأداءات |                      | كمية      | بيان الحاجيات<br>(الخصايّات الدنيا المطلوبة)   |
|------------------------|----------------------|-----------|--|
| الثمن الجملي           | الثمن الفردي         |           |  |
| .....                  | .....                | <b>01</b> | <b>Bouteille Azote sec</b> : une bouteille et un manomètre double étage, le premier pour vérifier la pression de la bouteille et le deuxième pour la pression de fonctionnement de l'instrument qui est de 1Bar (l'affiche de ce dernier manomètre soit au max de 4 bar).                            |
| .....                  | .....                | <b>01</b> | <b>Bouteille Argon</b> : une bouteille d'argon à haute pureté 99.998%, la pression de fonctionnement est de 10 Bar. Même chose que l'azote, on doit prévoir un manomètre double étage avec une connexion de 1/4" inox Swagelok et la connexion entre la bouteille et l'instrument doit être en Inox. |
| .....                  | .....                | <b>01</b> | <b>Bouteille Air Comprimé</b> une bouteille. Il faut prévoir un manomètre double étage, le premier pour vérifier la pression de la bouteille et le deuxième pour la pression de Fonctionnement de l'instrument qui est de 4.5Bar.  |
| .....                  | <b>المبلغ الجملي</b> |           |  |

ب..... في

إمضاء و ختم

المزوّد